ACCU-CHEK® Guide

Roche

Connectivité sans fil, se connecte avec mySugr

Ecran lumineux

Navigation facile dans le menu

Port de bandelette clairement indiqué

Ejection automatique

Bandelette réactive avec large zone de test

Autopiqueur quasiment indolore[1]

Excellentes prestations et précision

Un des lecteurs les plus précis du marché.

Application simple du sang



Appliquez une petite goutte de sang sur toute la largeur de la bandelette.

Conditionnement SmartPack

Conditionnement SmartPack pour éviter le gaspillage des bandelettes.

Éjection automatique

Éjecteur de bandelette pour retrait hygiénique des bandelettes.

Mesurer dans l'obscurité

Écran lumineux et éclairage de la bandelette.

97% des utilisateurs trouvent l'Accu-Chek Guide très facle à utiliser.

97%

91% des utilisateurs trouvent qu'il est plus facile de sortir une bandelette du conditionnement SmartPack que d'un flacon normal.

91%



Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les soigneusement.

Vérifiez la date d'expiration sur le flacon des bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives qui ont atteints la date d'expiration.



Poussez la bandelette vers le haut en exerçant une légère pression avec le pouce et retirez-la. Refermez soigneusement le couvercle du flacon ensuite.



Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens indiqué par la flèche. Le lecteur s'allume alors automatiquement. Lorsque "Appliquer goutte" s'affiche à l'écran, piquez l'extrémité de votre doigt à l'aide de l'autopiqueur.

Mettez une goutte de sang en contact avec l'extrémité jaune de la bandelette réactive. Veuillez à ne pas déposer la goutte de sang sur le dessus de la bandelette réactive. Enlevez votre doigt de la zone réactive dès que le message "Mesure en cours" s'affiche à l'écran.

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 4 secondes. Si vous souhaitez ajouter un marquage à cette valeur, appuyez sur la touche OK, sinon passez au point 8.

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le marquage souhaité. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le marquage associé à la valeur de glycémie mesurée.



Appuyez sur cette touche pour éjecter la bandelette réactive du lecteur. Appuyez sur la touche OK pendant 3 secondes ou attendez 15 secondes pour que le lecteur s'éteigne.

AMPP - 10/2021

[1] Jendrike N. et al. Pain sensation at Fingertips and Palm by using different Blood Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technology Meeting. San Francisco, 5-7 November 2009.
[2] Dans ±10 mg/dl des valeurs standard pour les valeurs glycémiques < 100mg/dL et dans ±10% des valeurs standard pour les valeurs glycémiques > 100mg/dL
[3] Roche Diabetes Care, Inc., Data on file, 2016
[4] Etude faite en 2015 (N-197 PwD) aux Etats-Unis et en France avec des bandelettes Abbott, Accu-Chek, Bayer et LifeScan. Roche, data on file.

Site web
hcp.accu-chek.be

Accu-Chek Service
0800 93 626

Facebook
www.facebook.com/RocheDiabetesCareBE

E-mail
info@accu-chek.be

Enregistrez votre produit
www.accu-chek.be/enregistrement

Webshop
www.mydiabetescare.be

Se connecte avec mySugr

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, FASTCLIX et MYSUGR sont des marques déposées de Roche. © 2021 Roche Diagnostics Belgium
Roche Diagnostics Belgium NV/SA | Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A, 1831 Diegem