Insérer une nouvelle cassette-test

Après avoir effectué les 50 tests

Faites glisser le capot de protection jusqu'à la butée.

Faites glisser le cran de sécurité vers le haut pour que le couvercle du compartiment de la cassette s'ouvre.



Retirez la cassette-test usagée de l'appareil.

Insérez la nouvelle cassette-test dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette et le capot de protection.

Insérer une nouvelle cartouche de lancettes

Après avoir utilisé les six lancettes

Retirez l'embout de l'autopiqueur et la cartouche de lancettes usagée.

Insérez la nouvelle cartouche de lancettes dans l'autopiqueur en introduisant d'abord la partie blanche puis replacez l'embout.

Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque. Essayez tout d'abord une profondeur moyenne de piqûre, la position 3 par exemple.

Changez de lancette en faisant glisser le levier jusqu'à la butée (direction ①), plus replacez-le à sa position initiale (direction ②).

Roche

ACCU-CHEK® MOBILE
LE LECTEUR SANS BANDELETTE

Quatre étapes simples pour mesurer votre glycémie.

Quatre étapes simples pour mesurer sa glycémie

Ouvrez le capot. L'appareil s'allume.

Piquez-vous le doigt pour obtenir une goutte de sang.

Appliquez doucement la goutte de sang **au centre** de la zone réactive. Ne pressez pas la zone réactive contre votre doigt.

Lisez le résultat et refermez le capot. L'appareil s'éteint.

Pour garantir une mesure et des décisions thérapeutiques fiables, il convient d'utiliser correctement l'appareil. Veuillez donc suivre attentivement ces instructions.

Quatre points importants pour une mesure fiable

Commencez par vous **laver les mains** avec de l'eau tiède et au savon. Rincez bien et séchez-vous soigneusement les mains à l'aide d'une serviette propre.



Veillez à obtenir une **goutte de sang bien formée**. La goutte ne doit pas s'étaler.

Tenez votre lecteur de manière à pouvoir voir la zone de test lors de l'application de la goutte de sang. Placez votre doigt contre les butées afin que la goutte de sang soit en contact avec le milieu de la zone de test. Gardez votre doigt aussi immobile que possible.

Appliquez la goutte de sang immédiatement après l'avoir obtenue. Retirez votre doigt dès que l'écran affiche « Mesure en cours » et qu'un bip retentit (si activé).

Une équipe de spécialistes est là pour vous aider!

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information sur les produits et services d'Accu-Chek®. Appelez notre numéro gratuit 0800 93 626 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

Surfez sur **www.accu-chek.be**

Achetez facilement vos produits en ligne **www.mydiabetescare.be**

Suivez nous sur Facebook **www.facebook.com/RocheDiabetesCareBE**

Regardez les vidéos sur **www.youtube.com/AccuChekBelgium**

Achetez maintenant **l'adaptateur d'Accu-Chek Mobile** sur www.mydiabetescare.be pour vous connecter à l'application mySugr® et obtenir plus d'informations.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION, FASTCLIX et MYSUGR sont des marques de Roche. © 2020 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium SA
Greenhouse BXL
Berkenlaan 8a
1831 Diegem